



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ -53A/500/2019

Wrocław, dnia 22.10.2019 r.

## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa centrali monitorującej wraz z kardiomonitorem**”: Szp/FZ-53A/2019

### **Pytanie nr 1, dot. – Kardiomonitor:**

dot. Punktu 1 oraz 36 - Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zewnętrznym modulem ciśnienia inwazyjnego mierzonego w 2 lub 4 kanałach? Pozostałe wymagane parametry dotyczące danego punktu pozostają bez zmian. Moduł jest podłączony do kardiomonitora poprzez uniwersalne złącze UniPort pozwalające na konfigurację monitora bezpośrednio przy łóżku pacjenta. Moduł jest mocowany na tylnej obudowie kardiomonitora z możliwością dowolnego podłączania i rozłączania modułu bez użycia narzędzi. Kardiomonitor pozwala na podłączenie dodatkowych modułów, które są niezbędne w danej sytuacji klinicznej. Wszystkie dodatkowe funkcje są podłączone poprzez proste podłączenie odpowiedniego modułu do dowolnego złącza UniPort na monitorze pacjenta. Wszystkie podłączone moduły są automatycznie wykrywane i ekran monitora automatycznie rekonfiguruje się do wizualizacji nowych parametrów. Oferowany moduł jest optymalnym rozwiązaniem dla Państwa potrzeb.

**Odpowiedź: Zamawiający w zestawieniu wymaganych minimalnych parametrów techniczno- użytkowych określił minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Zaoferowanie wyższego parametru jest dopuszczalne.**

### **Pytanie nr 2, dot. – Kardiomonitor:**

dot. Punktu 12 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością regulacji czasu wyciszenia alarmów odpowiednio na 1min, 2min, 3min, 5min, 10min, 15 min oraz do następnego wydarzenia? Oferowany zakres czasu wyciszenia alarmów jest znacznie większy od wymaganego. Kardiomonitor umożliwia wyciszenie alarmów nawet na 15 minut.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitorów z możliwością regulacji czasu wyciszenia alarmów odpowiednio na 1min, 2min, 3min, 5min, 10min, 15 min oraz do następnego wydarzenia.**

### **Pytanie nr 3, dot. – Kardiomonitor:**

dot. Punktu 15 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający pracę na zasilaniu akumulatorowym nie krótszym niż 2 godziny? Do zasilania akumulatorowego oferowanego kardiomonitora zostały wykorzystane 3 ogniwa litowo-jonowe o pojemności 3400mAh. Są to ogniwa najwyższej jakości co przekłada się na ich bardzo długą żywotność, a wymiany może dokonać nawet niewykwalifikowany pracownik. Powyższe parametry akumulatora są w pełni wystarczające do obsługi wszelkich zadań wewnątrzszpitalnych oraz transportowych.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

**Pytanie nr 4, dot. – Kardiomonitor:**

dot. Punktu 17 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w złącza wejść/wyjść takie jak: HDMI, 2 x USB, MICRO SD, RJ-45(LAN) oraz wbudowany moduł WIFI? Oferowany przez nas kardiomonitor wyposażony w złącze HDMI oferuje przesył obrazu do drugiego ekranu na dwa sposoby: jako ekran kopiujący oraz jako drugi całkowicie niezależny ekran. Zastosowanie rozwiązania z niezależnym ekranem umożliwia wyświetlanie dodatkowych parametrów i informacji niezależnie od tego co wyświetlane jest na ekranie kardiomonitora. Ponadto możemy państwu zaoferować adapter umożliwiający podłączenie ekranu z wyjściem VGA do złącza HDMI.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora wyposażonego w złącza wejść/wyjść takie jak: HDMI, 2 x USB, MICRO SD, RJ-45(LAN) oraz wbudowany moduł WIFI.**

**Pytanie nr 5, dot. zapisów SIWZ:**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia z 30.11.2019 na 30.12.2019.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.**

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji

*mgr inż. Jadwiga Raziuk*

SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych

*Wadas*  
Monika Wadas