



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 42/ 607 /2020

Wrocław, dnia 22.09.2020 r.

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej*”.

Pytanie nr 1 - ZADANIE NR 7 - Cykloergometr

ad. punktu 3

„Niezależne od prędkości obciążenie od min. 15 do 1100W.”

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr z niezależnym od prędkości (w zakresie od 30-130obr./min) zakresem obciążenia od 6 do 999W?

Obciążenie 999W jest tak duże , że jedynie b. wysportowany zawodnik może je osiągnąć podczas testu Wingate (wydolności anaerobowej), a jest nieosiągalna podczas treningu tlenowego kilkuminutowego, nie wspominając o pacjentach, którzy mają problem z osiągnięciem mocy 100W. Natomiast oferujemy możliwość generowania mocy od 6W zamiast 15W co ma duże znaczenie dla pacjentów niewydolnych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 - ZADANIE NR 7 - Cykloergometr

ad. punktu 22

„Panel ergometru obracany o min.180st.”

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr z możliwością zamontowania panelu (wyświetlacza) obróconego o 180st., ale wymaga to użycia zwykłego wkrętaka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania.

Pytanie nr 3 - ZADANIE NR 12 - Urządzenie do pomiaru parametrów metabolicznych

Czy Zamawiający może jednoznacznie wyjaśnić, czy wymaga mobilnego, czy stacjonarnego urządzenia do pomiaru parametrów metabolicznych? Właściwie tylko wymaganie pkt 15, „Plecak na moduł pomiarowy” wskazuje na urządzenie mobilne, ale czy tak jest w rzeczywistości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga stacjonarnego urządzenia do pomiaru parametrów metabolicznych.

Pytanie nr 4 - ZADANIE NR 12 - Urządzenie do pomiaru parametrów metabolicznych

ad. punktu 10

„Głowice pneumatograficzne do pomiaru wentylacji minutowej min. 10 szt.”

Czy Zamawiający dopuści głowicę pneumatograficzną w postaci sterylnej turbinki jednorazowego użytku dodatkowo nie wymagającej kalibracji objętości, co znacznie upraszcza i skraca czas badania ergospirometrycznego? W zestawie zaoferujemy Zamawiającemu 100szt. tych turbin.

Rozwiązanie takie jest całkowicie bezpieczne dla pacjenta co ma szczególne znaczenie w okresie pandemii COVID 19. W ofercie mamy również turbinki wielorazowego użytku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie głowic pneumatograficznych o powyższych właściwościach.

Pytanie nr 5 - ZADANIE NR 12 - Urządzenie do pomiaru parametrów metabolicznych

ad. punktu 18

„Komputer typu laptop, konfiguracja zestawu komputerowego: Procesor klasy x86, minimum 6 rdzeniowy, RAM 8GB, HDD 1TB, Windows 10, drukarka kolor laser, Interfejs sieciowy bezprzewodowy i przewodowy..”

Czy Zamawiający dopuści zamiast komputera typu laptop komputer typu tablet o analogicznych parametrach technicznych? (pytanie to jest zasadne tylko w przypadku, gdy Zamawiający wymaga urządzenia mobilnego).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 6 - ZADANIE NR 12 - Urządzenie do pomiaru parametrów metabolicznych

Czy Zamawiający wymaga od oferowanego urządzenia do pomiarów parametrów metabolicznych, o ile jest to urządzenie mobilne, następujących właściwości:

- możliwości bezprzewodowego przesyłania do pacjenta komunikatów głosowych
- przycisku zdarzeń inicjowanego przez pacjenta
- wagi urządzenia poniżej 600g
- bezprzewodowego BT piersiowego pasa pacjenta do rejestracji 3 kanałów EKG
- możliwości zakładania urządzenia z przodu na klatce piersiowej i na plecach
- kalibracji gazowej z użyciem butli nie częściej niż raz w miesiącu

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga stacjonarnego urządzenia do pomiaru parametrów metabolicznych.

Pytanie nr 7 - ZADANIE NR 12 - Urządzenie do pomiaru parametrów metabolicznych

Czy Zamawiający wymaga od oferowanego urządzenia do pomiarów parametrów metabolicznych, o ile jest to urządzenie stacjonarne, następujących właściwości:

- wózka medycznego wyposażonego w koła z hamulcami zaciskowymi, zapewniającego miejsce na elementy sprzętowe: ergospirometr, butlę z gazem kalibracyjnym, wzorzec kalibracji objętościowej, laptop, drukarkę, półkę na klawiaturę i myszkę i zawierającego szufladę na akcesoria.
- bezprzewodowego BT piersiowego pasa pacjenta do rejestracji 3 kanałów EKG
- kalibracji gazowej z użyciem butli nie częściej niż raz w miesiącu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o powyższych właściwościach.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Witold Witkiewicz

15

Jacek