



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
WE WROCŁAWIU**

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ /Spr-14/PODOCYNA/ 634 /2020

Wrocław, dnia 01.10.2020 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwana dalej Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje wyjaśnienia do zaproszenia do składania ofert pn.: „**Dostawa filtrów strzykawkowych sterylnych**”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści filtry o średnicy 25 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Zaproszeniu i nie dopuszcza filtrów o średnicy 25 mm.

Powyższe zmiany są integralną częścią Zaproszenia do składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

(4)