



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 50/ 622 /2020

Wrocław, dnia 16.10.2020r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: **DOSTAWA OPATRUNKÓW**

Pytanie nr 1:

Pytania dot. Pakietu nr 6:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 dopuści o zaferowania opatrunki sterylne, samoprzylepne, nieprzepuszczalne dla cieczy, paroprzepuszczalne w formie oddychającej i nienasiąkłej torebki do ochrony cewników o wymiarach 16x5 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza do zaferowania opatrunki o parametrach jak w zapytaniu Wykonawcy.

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
(5)

Opracowała:

Beata Wujczak

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

tel. 71/ 32 - 70 - 591