



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ – 56/675/2020

Wrocław, dnia 30.10.2020 r.

## INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego zawiadamia, że modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania pn.: „*Wykonanie robót budowlanych w ramach poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia niskiej emisji w budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Poświęckiej 8 we Wrocławiu*”.

### Pytanie nr 1

Czy Państwa aparat QIA Symphony SP/AS wykorzystuje kanały FAM, ROX lub VIC?

#### Odpowiedź:

*Aparat QIA Symphony SP/AS nie wykorzystuje kanałów FAM, ROX lub VIC, ani żadnych innych kanałów detekcji, ponieważ nie służy do detekcji a do izolacji RNA.*

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA  
Z-ca DYREKTORA  
ds. Finansów i Administracji  
mgr inż. Paweł Raziuk

Opracowała:  
Jacek Banaszak  
Specjalista ds. zamówień publicznych  
tel. 71/ 32 - 70 - 591