



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 42A/683 /2020

Wrocław, dnia 04.11.2020 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej*”.

Pytanie nr 1 - Zestaw 1 – pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści ergometr z regulacją mocy od 15W do 1100 W? Regulacja w zakresie od 6W jest nieuzasadniona rehabilitacyjnie, ponieważ tak niskie wartości oporu są niestosowane w terapii i niezauważalne dla pacjentów, a dopuszczenie wartości 15W nie stanowi obniżenia funkcjonalności systemu. Ponadto wartość 6W jest dostępna tylko u jednego producenta ergometrów do systemów do rehabilitacji kardiologicznej nie spełniającego wymagań pozostałych parametrów przetargowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ergometru z regulacją mocy od 15W do 1100 W. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 - Zestaw 2 – pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści ergometr z regulacją mocy od 15W do 1100 W? Regulacja w zakresie od 6W jest nieuzasadniona rehabilitacyjnie, ponieważ tak niskie wartości oporu są niestosowane w terapii i niezauważalne dla pacjentów, a dopuszczenie wartości 15W nie stanowi obniżenia funkcjonalności systemu. Ponadto wartość 6W jest dostępna tylko u jednego producenta ergometrów do systemów do rehabilitacji kardiologicznej nie spełniającego wymagań pozostałych parametrów przetargowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ergometru z regulacją mocy od 15W do 1100 W. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

UPOWAŻNIENIE DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk

*Tabela
Poniszcz*