

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ-39A/ 848 /2020

Wrocław, dnia 28.12.2020 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa obłożeń do zabiegów i osłon na kończyny*”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-6

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie zestawów oraz serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 32 g/m² włóknina i folia 24 g/m² lub laminatu trójwarstwowego o gramaturze 42 g/m² i folia 25 g/m², spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do elektroresekcji prostaty (TUR) o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, obszar chłonny 65x190 cm

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², dolna część serwety wykonana z folii PE.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m². Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 2 zestawu do cięcia cesarskiego o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm, obszar chłonny 60 x 140 cm, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania co umożliwi aseptyczną aplikację. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego: folia PE 50g/m² oraz wzmocnienie – włóknina (wiskoza + poliester) 30g/m². Łączna gramatura serwety 80g/m². Odporność na przenikanie cieczy 188 cmH₂O, odporność na rozerwanie na sucho 108kPa.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego do transplantacji nerek o składzie:

- 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny, wzmocniony, o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety obłożeniowe wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m².

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa 28g + folia PE 28g/m²), łączna gramatura 56g/m². Odporność na rozerwania na sucho 108 kPa, na mokro 95 kPa. Rozmiar 35 x 120 cm? W komplecie taśma samoprzylepna do stabilizacji osłony w rozmiarze 10 x 50 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania zestaw o składzie:


1. SERWETA L2 ROZMIAR 215X180CM, POSIADAJĄCA: DWA OTWORY – JEDEN O ŚREDNICY 5 CM, DRUGI O ŚREDNICY 4 CM, Z OSŁONA NA PALEC, WOREK NA PŁYNY, ZINTEGROWANE NOGAWICE -
2. KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM 2 SZT
3. TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL 1 SZT
4. SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM 1 SZT

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania zestaw o składzie:



Opis składnika	Ilość	Jednostka
• POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI	1,0000	OP
• SERWETA L3 325X250CM O35X32 WOR FOLIA CHIR	1,0000	SZ
• CZAPECZKA DLA NOWORODKA BAWELNA 100% ROZMIAR 38	1,0000	SZ
• KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM	4,0000	SZ
• TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL	1,0000	SZ
• SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1,0000	SZ
• KOCYK FLANELOWY 160X75CM	1,0000	SZ

Opakowanie: TPF

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3


Czy Zamawiający dopuści serwetę na stoli mayo o wymiarach 145cm x 80cm, obszar chłonny 85cm x 76cm, składana teleskopowo, wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej (gramatura 24g/m², w obszarze wzmocnienia 60g/m²). Łączna gramatura serwety 74g/m², odporność na przepuszczanie płynów w strefie pozakrytycznej 123 cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:



Opis składnika	Ilość	Jednostka
• MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY PERFECT L	1,0000	OP
• MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY PERFECT XL	2,0000	OP
• TUPFER B 17N 9,5X9,5CM RTG	10,0000	OP
• SERWETA Z GAZY 17N 4W NITKA RTG I TASIEMKA 45X45CM	5,0000	SZ
• POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI	1,0000	OP
• KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 12W RTG	30,0000	SZ
• MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY PERFECT L	1,0000	OP
• MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY PERFECT XL	2,0000	OP
• TUPFER B 17N 9,5X9,5CM RTG	10,0000	OP
• SERWETA Z GAZY 17N 4W NITKA RTG I TASIEMKA 45X45CM	5,0000	SZ
• POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI	1,0000	OP
• KOMPRES Z GAZY 17N 10X10CM 12W RTG	30,0000	SZ
• CAMERA COVER 15X250CM	1,0000	SZ
• TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL	1,0000	SZ
• KIESZEŃ PE 2-KOMOROWA 42X35CM KSZTAŁTKA PRZYL	1,0000	SZ
• SERWETA L2 300X180CM OT28X20X19 PRZYL	1,0000	SZ
• SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1,0000	SZ
• SERWETKA CELULOZOWA 50X40CM	4,0000	SZ

- POJEMNIK PLAST OKRĄG 250ML WYS 5,5CM ŚR DENKA 7CM SKALA MANKIET TRANSP 1,0000 SZ


Opakowanie: TYVEK

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:



Opis składnika	Ilość	Jednostka
• POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI	1,0000	OP
• KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM	2,0000	SZ
• TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL	1,0000	SZ
• SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1,0000	SZ
• SERWETA 240X150CM L2-62G WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYL 5X60CM	1,0000	SZ
• SERWETA 170X200CM L2-62G WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYL 5X60CM	1,0000	SZ
• SERWETA 75X90CM L2-62G WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYL 5X90CM	2,0000	SZ

Opakowanie: MIĘKKI BLISTER

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania osłonę: wykonaną z laminatu L2, w rozmiarze 120X37CM, pakowana pojedynczo?

Opisy zastosowanych laminatów

Laminat L2

Zestaw spełnia wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3, wytrzymałość na wypychanie/rozrywanie w strefie krytycznej 150kPa - strefa krytyczna na całej powierzchni obłożenia. Materiał podstawowy serwety głównej składający się z 2 warstw (folia PE oraz warstwa chłonna) o łącznej gramaturze 56g/m².

- chłonność min. 570 % wg. PN-EN ISO 9073-6

- wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75 N, rozciąganie na mokro min. 80 N wg PN-EN 29073-3

- wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 150 kPa , wypychanie na mokro min. 150 kPa. wg PN-EN ISO 13938-1

- czystość mikrobiologiczna max 29 cfu/dm² wg. PN-EN ISO 11737-1

- odporność na przenikanie cieczy min. 250 cmH₂O wg. PN-EN 20811

- pylenie max. 1,3 log₁₀ wg PN-EN ISO 9073-10.

Laminat L3

Zestaw spełnia wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3. Materiał podstawowy obłożenia składa się z 3 warstw na całej powierzchni o łącznej gramaturze 73 g/m², poszczególne warstwy: wiskoza, polipropylen i polietylen. Odporność na przenikanie płynów 191 cmH₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 108/100 kPa, chłonność 824 %, wytrzymałość na rozciąganie na sucho 75N i na mokro 61 N, zgodnie z normą PN-EN 29073-3.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 10 – dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby we wzorze umowy par. 9 słowo ""opóźnienia"" zostało zastąpione słowem "zwłoki"?

Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
(5)