



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
WE WROCŁAWIU
OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY**
51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01
www.wssk.wroc.pl

Wrocław dn. 30.03.2021r.

Szp/FZ/Spr-1/ 129 /SZPITALE-JEDNOIMIENNE/48/2020/2021

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a przekazuje treść wyjaśnień dotyczących zaproszenia do składania ofert na **dostawę produktów syntezy biblioteki oligonukleotydów**, znak postępowania Szp/FZ/Spr – 1/SZPITALE-JEDNOIMIENNE/48/2020/2021

Pytanie nr 1:

Jaką liczbę błędów na 1000 nukleotydów w jednym oligo dopuszcza Zamawiający?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza liczbę błędów na każde 1000 nukleotydów syntezy: nie większą niż 1 błąd (1 na 1000 lub mniej).

Pytanie nr 2:

Jaką skalę syntezy (wyrażoną w pikomolach) dopuszcza Zamawiający?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza skalę syntezy wyrażoną w pikomolach: nie mniejszą niż 10 pmol DNA (10 pikomoli DNA lub więcej).

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią Zaproszenia i dotyczą wszystkich Wykonawców. Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR/SZPITALA


prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
(4)

Opracowała:

Beata Wujczak

Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych

tel. 71/ 32 - 70 - 591

STARSZY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

Beata Wujczak