



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ/Spr -2/245 /SPUB-GENOM/2021

Wrocław dn. 26.05.2021 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a przekazuje treść wyjaśnień dotyczących Zaprośzenia do składania ofert na **Modernizację i podniesienie sprawności stanowiska do sekwencjonowania Pracowni Badań Genomu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu**, znak postępowania Szp/FZ/Spr -2/SPUB-GENOM/2021

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający pisząc GeneStudio™ S5 Plus System lub równoważny, miał na myśli GeneStudio™ S5 System lub system równoważny?

Pytanie nr 2 Dotyczy wymagania Zamawiającego.

Czy Zamawiający pisząc przez omyłkę pisarską „z dostępnością 5 wielkości chipów umożliwiających skalowanie” a powinno być „z dostępnością 4 wielkości chipów umożliwiających skalowanie” a co za tym idzie powinno być wymagane „w zakresie od 2 mln odczytów (nośnik o najmniejszej przepustowości/ilości naczyń reakcyjnych) do 80 mln odczytów (nośnik o największej przepustowości/ilości naczyń reakcyjnych)” a nie jak omyłkowo zostało zapisane „w zakresie od 2 mln odczytów (nośnik o najmniejszej przepustowości/ilości naczyń reakcyjnych) do więcej niż 100 mln odczytów (nośnik o największej przepustowości/ilości naczyń reakcyjnych)”. Prosimy także o stosowną korektę zapisu we wzorze umowy & 3 Obowiązki Wykonawcy, punkt 3. , podpunkty 1) i 2).

Odpowiedź dot. Pytania nr 1, 2: Zamawiający dopuszcza wymianę jednostki sekwencjonującej na model co najmniej Ion GeneStudio™ S5 System lub równoważny, t.j. kompatybilny z elementami już użytkowanymi w pracowni: Ion OneTouch System, do sekwencjonowania DNA w oparciu o półprzewodnikową technologię pomiaru zmiany pH po wbudowaniu nukleotydu na matrycy DNA w każdym z ponad miliona naczyń reakcyjnych obecnych na chipie (nośniku), z dostępnością 4 wielkości chipów umożliwiających skalowanie doświadczeń w zakresie od 2 mln odczytów (nośnik o najmniejszej przepustowości/ilości naczyń reakcyjnych) do więcej niż 80 mln odczytów (nośnik o największej przepustowości/ilości naczyń reakcyjnych), z możliwością stosowania barkodów do znakowania próbek i wykonywania reakcji w multipleksie.


W przypadku wymiany jednostki sekwencjonującej na model co najmniej Ion GeneStudio™ S5 System lub równoważny – Zamawiający dokona stosowanych zmian we wzorze umowy w & 3 Obowiązki Wykonawcy, punkt 3. , podpunkty 1) przed jej podpisaniem.

Pytanie nr 3

W &6, punkt 2., podpunkt 1) Zamawiający napisał:

„bezpłatnej gwarancyjnej, planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (jeśli dotyczy)”

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na:



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01
www.wssk.wroc.pl

„bezpłatnej gwarancyjnej, planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (jeśli dotyczy)”

Prośbę o wykreślenie motywujemy faktem, iż według zaleceń producenta podczas 3 letniej gwarancji obowiązują dwa przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy w &6, punkt 2., podpunkt 1) i nadaje mu brzmienie „...bezpłatnej gwarancyjnej, planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta...”

Pytanie nr 4

W &6, punkt 2., podpunkt 2) Zamawiający napisał:

„Przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 800 1500) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy”

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na:

Przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 72 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 800 1500) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy w &6, punkt 2., podpunkt 2) i nadaje mu brzmienie: „...Przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 72 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 15:00) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie Wykonawcy, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy..”

Pytanie nr 5

W &6, punkt 2., podpunkt 3) Zamawiający napisał:

„naprawy jednostki sekwencjonującej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii; w przypadku konieczności importu części zamiennych lub konieczności naprawy urządzenia poza granicami kraju Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy jednostki sekwencjonującej do 14 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach technicznych takich samych lub wyższych”.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na:

„naprawy jednostki sekwencjonującej w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii (czyli do 30 dni kalendarzowych). W przypadku trzeciej wymiany tej samej części zamiennej na nową w trakcie trwania roku gwarancji – Wykonawca wymieni urządzenie na nowe.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy w &6, punkt 2., podpunkt 3) i nadaje mu brzmienie: „...naprawy jednostki sekwencjonującej w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii (czyli do 30 dni kalendarzowych). W



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01
www.wssk.wroc.pl

przypadku trzeciej wymiany tej samej części zamiennej na nową w trakcie trwania roku gwarancji – Wykonawca wymieni urządzenie na nowe..

Pytanie nr 6

Prosimy o wykreślenie podpunktu 4) punktu 2. &6:

pokrycia kosztów przesyłki pocztą kurierską w przypadku konieczności dostarczenia jednostki sekwencjonującej do serwisu

Prośbę swoją motywujemy faktem, iż sekwenatory nowej generacji są urządzeniami o skomplikowanej technologii i ich naprawy odbywają się w laboratorium Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ze wzoru umowy w &6, punkt 2., podpunkt 4).

Pytanie nr 7

W &6, punkt 2., podpunkt 5) Zamawiający napisał:

„wymiany jednostki sekwencjonującej na nową w przypadku 3 awarii w okresie jednego roku trwania gwarancji powodujących jej wyłączenie z eksploatacji, przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej”

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na:

„wymiany jednostki sekwencjonującej na nową w przypadku 3 awarii tej samej części w okresie jednego roku trwania gwarancji powodujących jej wyłączenie z eksploatacji, przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy w &6, punkt 2., podpunkt 5) i nadaje mu brzmienie:,wymiany jednostki sekwencjonującej na nową w przypadku 3 awarii tej samej części w okresie jednego roku trwania gwarancji powodujących jej wyłączenie z eksploatacji, przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej...

Pytanie nr 8

W &6, punkt 3., Zamawiający napisał:


„W przypadku konieczności wymiany przedmiotu umowy w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana. Wszystkie naprawy wydłużające się ponad terminy określone w umowie, przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas wydłużenia naprawy ponad termin określony w niniejszej umowie”

Prosimy o następujący zapis oraz o wykreślenie części zdania:

W przypadku konieczności wymiany przedmiotu umowy w okresie gwarancji, gwarancja jest przenoszona na nowe urządzenie w obecnej postaci. Wszystkie naprawy wydłużające się ponad terminy określone w umowie, przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas wydłużenia naprawy ponad termin określony w niniejszej umowie

Prośbę swoją motywujemy faktem, iż tego typu zobowiązania podwyższają znacznie cenę serwisu.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy w &6, punkt 3 i nadaje mu brzmienie:... ” W przypadku konieczności wymiany przedmiotu umowy w okresie gwarancji, gwarancja jest przenoszona na nowe urządzenie w obecnej postaci. Wszystkie naprawy wydłużające się ponad terminy określone w umowie, przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas wydłużenia naprawy ponad termin określony w niniejszej umowie...”



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01
www.wssk.wroc.pl

Pytanie nr 9

W &6, punkt 5., Zamawiający napisał:

„Wykonawca zapewni serwis oraz dostępność części zamiennych przez 6 lat od daty podpisania protokołu uruchomienia”.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na:

„Wykonawca zapewni płatny serwis po okresie gwarancyjnym oraz dostępność części zamiennych przez 5 lat od daty zaprzestania produkcji urządzenia”.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy w &6, punkt 5 i nadaje mu brzmienie: „...Wykonawca zapewni płatny serwis po okresie gwarancyjnym oraz dostępność części zamiennych przez 5 lat od daty zaprzestania produkcji urządzenia...”

Pytanie nr 10

Dotyczy Projektu Umowy, par.9, ustęp 4.

Zamawiający napisał:

„Maksymalna wysokość kar jaką Wykonawca może być obciążony na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia umownego brutto”

Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Maksymalna wysokość kar jaką Wykonawca może być obciążony na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta o którą prosimy, w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter umowy. W treści kodeksu cywilnego nie znajdziemy takich postanowień, które by wskazywały na preferowanie Zamawiającego zawierającego akurat umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zasada równości stron zatem nie doznaje żadnych ograniczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Także żaden zapis ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia wyłomu w przestrzeganiu zasady równości stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego. Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej przesądzając o czysto cywilistycznym stosunku jaki powstaje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Odpowiedź: : Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy w &9, punkt 4 i nadaje mu brzmienie:...” Maksymalna wysokość kar jaką Wykonawca może być obciążony na podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto..”

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią Zaproszenia i dotyczą wszystkich Wykonawców. Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

KIEROWNIK DZIAŁU
Zaproszenia i zamówień publicznych
Romana Komora

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
Monika Wadas

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji
mgr Mariola Dworakowska-Dąbrowska